

询价招标公告

一、招标人：云南中医药大学第二附属医院

二、项目名称：云南中医药大学第二附属医院采样测量设备、实验室分析设备校准检验项目

三、询价地址：云南中医药大学第二附属医院院内

四、项目金额：最高限价 20000 元整

五、项目具体服务要求：

1、设备计量检定/校准需提供上门服务，具体检定日期、校准与采购人协商，服从采购人时间安排，不能影响采购人正常工作，要求 20 日历天内完成全部在用设备的检定校准，对于漏检器具提供再次上门检测服务。

2、对采购人在用计量器具按检测周期进行计量检定/校准，检测完成后由相应科室负责人签字确认检测内容。

3、检定/校准完成后 30 个工作日内出具具有法律效力签章电子版及纸质版检定/校准报告；

4、现场检定/校准不合格的计量器具，成交供应商应在采购人整改完成后，负责二次检定/校准；

5、张贴合格标示，并清除上一期过期标识；

6、指定专人负责计量检测工作统筹安排与沟通；

7、能够提供相关技术指导和培训工作；

8、必须保证在服务期限内其 CMA、CNAS 等证书合法合规，若在服务期内 CMA、CNAS 等证书到期必须和采购人报备新证书认定期限；

9、在采购人付款前提供完成检测的检定/校准台账（详细至科室台账）；

10、若服务期限根据政策，收费项目变更为强检项目，成交供应商须按最新国家强检政策停征收费；

11、应出具市场监督管理计量行政部门认可的证书/报告。承诺计量检测服务符合国家计量行政管理部门要求，出具的证书/报告应得到市场监督管理计量行政部门认可，若因此受到计量行政管理部门的处罚，由成交供应商承担一切责任。

12、具体项目：见附件 1、附件 2

六、投标人具备且提供以下证明文件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力

投标人须为中华人民共和国境内注册的企业（事业）法人或者非法人组织，提供营业执照或其他法定证明文件；

(2) 具有履行合同所专业技术能力

投标人须提供具有履行合同所专业技术能力承诺书。

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

(4) 投标人具备法定计量检定机构计量授权证书及附件或具备中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书及附件(CNAS)或具备检验检测机构资质认定证书及附表(CMA)。

(5) 本项目不接受联合体投标。

七、询价函递交截止时间：公告之日起至 2023 年 9 月 14 日下午 17：30 时整截止（北京时间）

八、招标方式：询价

九、评标标准：最低价中标

十、询价申请人提交询价函时需提供的材料：需按要求提供询价响应
声明书及公司资质、资格、授权等相关证书（复印件）并加盖公章。

十一、可以现场递交或邮寄递交纸质询价函。（不接收网络询价函）

十二、联系电话：63307831 13888069833

地址：昆明市东郊路 161 号 云南中医药大学第二附属医院

联系人：那老师



附件 1： 2023 年度现场采样测量设备周期检定/校准清单

序号	设备名称	生产厂家	型号	出厂编号	唯一编号	数量	放置地点	检定周期
1	防爆大器 采样器	美国 GILARI	Gilair 5R	20140602001	JC-43- ①	1	仪器室	一年
2	防爆大器 采样器	美国 GILARI	Gilair 5R	20140602002	JC-43- ②	1	仪器室	一年
3	防爆大器 采样器	美国 GILARI	Gilair 5R	20140602003	JC-43- ③	1	仪器室	一年
4	防爆大器 采样器	美国 GILARI	Gilair 5R	20140602004	JC-43- ④	1	仪器室	一年
5	防爆大器 采样器	美国 GILARI	Gilair 5R	20140602005	JC-43- ⑤	1	仪器室	一年
6	防爆大器 采样器	美国 GILARI	Gilair 5R	20140602006	JC-43- ⑥	1	仪器室	一年
7	防爆大器 采样器	美国 GILARI	Gilair 5R	20140602007	JC-43- ⑦	1	仪器室	一年
8	防爆大器 采样器	美国 GILARI	Gilair 5R	20140602008	JC-43- ⑧	1	仪器室	一年
9	防爆大器 采样器	美国 GILARI	Gilair 5R	20140602009	JC-43- ⑨	1	仪器室	一年
10	防爆大器 采样器	美国 GILARI	Gilair 5R	20140602010	JC-43- ⑩	1	仪器室	一年
11	湿球黑球温度 指数仪	美国 QUEST	QT-36	TKE060013	JC-5- ①	1	仪器室	一年
12	照度计	江苏沛县光 电仪器厂	TES 1332A	51015730	JC-6- ①	1	仪器室	一年
13	照度计	泰仕电子工业股 份有限公司	TES 1332A	90504534	JC-6- ②	1	仪器室	一年
14	热辐射计	中国疾病预 防控制中心	MR-3A	06-82	JC-7- ①	1	仪器室	一年

序号	设备名称	生产厂家	型号	出厂编号	唯一 编号	数 量	放 置 地 点	检 定 周 期
15	声级计校准器	美国 QUEST	QC10	QIG030089	JC-11-①	1	仪器室	一年
16	声级计	杭州爱华仪器有限公司	5610P	23354	JC-12-①	1	仪器室	一年
17	机械通风干湿球温度计	天津气象仪器厂	DHM2	140109	JC-14-②	1	仪器室	一年
18	振动检测仪	国营四三八〇厂 嘉兴分厂	HS5944	18008028	JC-15-①	1	仪器室	一年
19	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	100607	JC-18-②	1	仪器室	一年
20	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	903020	JC-18-③	1	仪器室	一年
21	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	903019	JC-18-④	1	仪器室	一年
22	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	903014	JC-18-⑤	1	仪器室	一年
23	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	903017	JC-18-⑧	1	仪器室	一年
24	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	903018	JC-18-⑨	1	仪器室	一年
25	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	F0905036	JC-18-⑩	1	仪器室	一年
26	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	F0905040	JC-18-⑪	1	仪器室	一年
27	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	F0905037	JC-18-⑫	1	仪器室	一年
28	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	F0905039	JC-18-⑬	1	仪器室	一年
29	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	F0905043	JC-18-⑭	1	仪器室	一年

序号	设备名称	生产厂家	型号	出厂编号	唯一 编号	数 量	放 置 地 点	检 定 周 期
30	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	F0905038	JC-18-(16)	1	仪器室	一年
31	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	F0905047	JC-18-(18)	1	仪器室	一年
32	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	F0905046	JC-18-(19)	1	仪器室	一年
33	可吸入粉尘个人采样器	中国辐射防护研究院	CXF-2	F0905045	JC-18-(21)	1	仪器室	一年
34	大气采样仪	北京市劳动保护科学研究所	QC-2B	80110	JC-19-(1)	1	仪器室	一年
35	大气采样仪	北京市劳动保护科学研究所	QC-2B	111	JC-19-(4)	1	仪器室	一年
36	大气采样仪	北京市劳动保护科学研究所	QC-2B	107	JC-19-(5)	1	仪器室	一年
37	大气采样仪	北京市劳动保护科学研究所	QC-2B	110	JC-19-(6)	1	仪器室	一年
38	大气采样仪	北京市劳动保护科学研究所	QC-2B	164	JC-19-(9)	1	仪器室	一年
39	大气采样仪	北京市劳动保护科学研究所	QC-2B	151	JC-19-(10)	1	仪器室	一年
40	粉尘采样仪	北京市劳动保护科学研究所	IFC-2	315	JC-20-(13)	1	仪器室	一年
41	粉尘采样仪	北京市劳动保护科学研究所	IFC-2	317	JC-20-(14)	1	仪器室	一年
42	粉尘采样仪	北京市劳动保护科学研究所	IFC-2	316	JC-20-(15)	1	仪器室	一年
43	粉尘采样仪	北京市劳动保护科学研究所	IFC-2	469	JC-20-(16)	1	仪器室	一年
44	粉尘采样仪	北京市劳动保护科学研究所	IFC-2	319	JC-20-(17)	1	仪器室	一年

序号	设备名称	生产厂家	型号	出厂编号	唯一 编号	数 量	放 置 地 点	检 定 周 期
45	噪声分析仪	杭州爱华仪器有限公司	AWA6270+	051117	JC-25-②	1	仪器室	一年
46	平原空盒气压表	宁波市勤州姜山玻璃仪器仪表厂	DYM3-2	10032511	JC-27-②	1	仪器室	一年
47	热敏风速仪	德国仪表(深圳)有限公司	testo 405-V1	39412236	JC-29-①	1	仪器室	一年
48	矿山粉尘采样器	常熟市矿山机电器材有限公司	AKFC-92A	140836	JC-31-①	1	仪器室	一年
49	矿山粉尘采样器	常熟市矿山机电器材有限公司	AKFC-92A	140835	JC-31-②	1	仪器室	一年
50	矿山粉尘采样器	常熟市矿山机电器材有限公司	AKFC-92A	140833	JC-31-③	1	仪器室	一年
51	矿山粉尘采样器	常熟市矿山机电器材有限公司	AKFC-92A	140837	JC-31-④	1	仪器室	一年
52	矿山粉尘采样器	常熟市矿山机电器材有限公司	AKFC-92A	140834	JC-31-⑤	1	仪器室	一年
53	防爆大气采样器	北京市劳动保护科学研究所	QC-4S	1531	JC-33-②	1	仪器室	一年
54	防爆大气采样器	北京市劳动保护科学研究所	QC-4S	1532	JC-33-④	1	仪器室	一年
55	防爆大气采样器	北京市劳动保护科学研究所	QC-4S	1535	JC-33-⑤	1	仪器室	一年
56	智能风速风压风量仪	上海金泉电子设备有限公司	JX1000-IF	2014081501	JC-38-①	1	仪器室	一年
57	个体噪声计量仪防爆	杭州爱华仪器有限公司	ASV5910	B077659	JC-39-⑥	1	仪器室	一年
58	个体噪声计量仪防爆	杭州爱华仪器有限公司	ASV5910	B077672	JC-39-⑦	1	仪器室	一年
59	个体噪声计量仪防爆	杭州爱华仪器有限公司	ASV5910	B077655	JC-39-⑧	1	仪器室	一年

序号	设备名称	生产厂家	型号	出厂编号	唯一编号	数量	放置地点	检定周期
60	个体噪声计量仪防爆	杭州爱华仪器有限公司	ASV5910	B077656	JC-39-⑨	1	仪器室	一年
61	个体噪声计量仪防爆	杭州爱华仪器有限公司	ASV5910	B077673	JC-39-⑩	1	仪器室	一年
62	便携红外线气体分析仪	北京市华云分析仪器研究所有限公司	GXH-3010/3011BF	131145	JC-40-①	1	仪器室	一年
63	紫外辐射度计	北京奥博迪光电技术有限公司	UV-M 多通道	1416	JC-42-①	1	仪器室	一年
64	Gilibrator2 流量校正系统	美国 Gilian	Gilian brator2	435946	JC-16-①	1	仪器室	二年
65	高频电磁场测量仪	德国-安诺尼	NF-5035	42769	JC-41-①	1	仪器室	二年
66	超高频电 磁场测量仪	建德市梅城高频电磁仪器厂	RJ-3	2014-083	JC-34-①	1	仪器室	二年
67	微波漏能仪	南京汇研微波系统工程有限公司	MHJ-99	14019013	JC-36-①	1	仪器室	二年
68	工频电磁场强度测量仪	美国 HOLADAY	HI-3604	SN00090186	JC-17-①	1	仪器室	二年

附件 2： 2023 年度实验室分析设备周期检定/校准清单

序号	设备名称	生厂产家	型号	出厂编号	出厂日期	唯一编号	数量	放置地点	检定周期
1	电子天平	Sartorius	BP211D	14737233	2003	JY-2-①	1	天平室	1年
2	电子天平	Sartorius	BS200S-WEI	14836575	2003	JY-2-②	1	天平室	1年
3	可见分光光度计	上海菁华科技仪器有限公司	722S	C1103047	2011	JY-3-②	1	理化室	1年
4	紫外可见分光光度计	上海精密科学仪器有限公司	UV755B	7550305013	2007	JY-3-③	1	理化室	1年
5	马弗炉	上海博迅实业有限公司 医疗设备厂	KSW-4D-11	8072	2008	JY-4-②	1	高温间	1年
6	电热鼓风干燥箱	北京市永光明医疗仪器有限公司	10-1-1ABS	10128	2008	JY-5-①	1	高温间	1年
7	离子计	EUTECH	Lon510	1402515	2008	JY-6-①	1	理化室	1年
8	机械式温湿度计	/	WS-A1	080711038	2008	JY-8-①	1	实验室	1年
9	原子荧光光度计	普析	PF52	23A1705-01-0051	2014	JY-13-①	1	原子荧光室	1年

序号	设备名称	生产厂家	型号	出厂编号	出厂日期	唯一编号	数量	放置地点	检定周期
10	单标线容量瓶	天玻	R200-1	R200-1	2018	/	1	实验室	1年
11	分度吸量管	天玻	K5-1	K5-1	2018	/	1	实验室	1年
12	量筒	天玻	LT50-1	LT50-1	2018	/	1	实验室	1年
13	冰箱温度计	/	0-40℃	7346	2018	/	1	实验室	1年
14	普通玻璃温度计	河北省武强县红星仪表厂	0-300℃	7345	2018	/	1	实验室	1年
15	砝码	/	100g	/	/	/	1	天平间	1年
16	原子吸收分光光度计	日本岛津	AA-6300C/GFA-EX7I	A30644830663CS	2010	JY-9-①	1	原子吸收室	2年
17	气相色谱仪	上海科创色谱仪器有限公司	GC9800	30518	2003	JY-1-①	1	气相色谱室	2年
18	气相色谱仪	日本岛津	GC2010 Plus	C11805210265	2014	JY-1-②	1	气相	2年

序号	设备名称	生厂产家	型号	出厂编号	出厂日期	唯一 编号	数 量	放 置 地 点	检 定 周 期
								色 谱 室	